

자동심장충격기 납품 기본사항

1. 계약사항

- 가. 품목 및 수량: 자동심장충격기 70세트
※ 1세트 기준: 물품규격서 상 세부내역과 동일
- 나. 품목별 규격 및 성능사양: 해당 물품규격서 참조(붙임)
- 다. 납품기한: 계약체결일로부터 60일
- 라. 분할납품 가능 여부: 불가능
- 마. 납품장소: 경기도체육회(수요기관 별도 지정)

2. 하자보증(책임) 납품유의사항

가. 하자보증 및 책임

- 1) 하자보증은 1년으로 하고 제조물 책임법¹⁾을 준용한다.
- 2) ‘기본사항’과 ‘물품규격서’의 해석이 모호한 사항은 납품 전 수요기관과 협의하여야 하며, 협의하지 않은 사항은 수요기관의 의견에 따른다.
- 3) ‘기본사항’ 및 ‘물품규격서’의 내용을 명확히 숙지하지 않아 발생한 문제에 대해서는 귀책사유가 계약상대자에게 귀속된다.
- 4) 수요기관의 납품검사 완료 후 사용중이던 장비에서 발생한 하자에 대해서는 그 책임이 수요기관 귀책사유에 해당되지 않고 계약상대자에게 있다고 판단되는 경우 계약상대자는 수요기관 요청에 따라 즉시 무상교환 또는 A/S를 실시하여야 한다.
- 5) 계약상대자는 하자보증 기간 내 일부 수량에서 발생한 하자 또는 불량에 대해 수요기관에서 쏠 수량을 대상으로 확인 및 조치를 요청할 경우 계약상대자는 이에 대한 조치를 반드시 시행하여야 한다.

나. 납품유의 사항

- 1) 인증·허가·신고·형식승인·검정·성능시험 등과 관련된 품목은 적절한 절차가 완료된 제품(증빙서류 제출)으로 납품하여야 하며, 확인이 불가능한 규격사항이나 수요기관에서 요청이 있는 경우에는 국내 또는 국외 공인기관의 시험성적서·인증서 등 관련 증빙자료를 납품 전 또는 납품 시 제출하여야 한다.
- 2) 수요기관의 물품규격서에는 명시되지 않았으나 장비의 작동 또는 사용에 필수적인 부수물품은 반드시 포함되어야 하며, 이와 관련된 추가 경비는 인정될 수 없다.
- 3) 제품은 즉각적으로 사용이 가능한 신제품이어야 하며, 사양서에 명시되지 않았더라도 제품 사용에 필요한 기본 성능(기능)은 정상적으로 작동되어야 한다.
- 4) 제품은 납품일로부터 1년 이내의 생산품으로 납품하여야 하며, 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 제품에 표기되어 있어야 한다.
- 5) 계약상대자는 수요기관의 요청 시 검사(수)를 받은 쏠 품목에 대해 수요기관의 지정장소(종목단체 사무실 등)까지 계약상대자 부담으로 물품을 인계 또는 설치하여야 한다.
- 6) 제출되는 서류가 한글이 아닐 경우에는 원본과 함께 한글번역본을 첨부하여야 한다.
- 7) 정부물품분류 및 식별번호는 납품되는 제품과 동일해야 하며, 납품 전 제출하여야 한다.
- 8) 동등 이상(규격, 성능, 품질 등)의 제품으로도 납품이 가능하며, 동등이상의 성능에 대해서는 계약상대자가 입증하여야 한다.
- 9) 본문(기본사항)과 ‘물품규격서’의 내용이 상이할 경우에는 ‘물품규격서’의 내용을 따른다.

1) 제조물에 제조상의 결함, 설계상의 결함, 표시상의 결함 해당하는 결함이나 기타 통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 생명·신체 또는 재산에 손해(당해 제조물에 대해서만 발생한 손해를 제외한다)를 입은 자에게 그 손해를 배상하여야 한다.

자동심장충격기 구매물품 목록

순번	물품명	수량	단위	비고
계	1종	70		
1	자동심장충격기	70	세트	-

물 품 규 격 서

물 품 명	자 동 심 장 충 격 기		사 업 량: 70세 트
용 도	심정지 환자에게 필요시 전기충격을 제공하고, 심전도 및 활력징후를 측정하고 감시하는 장비		
성 능 및 규 격	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저출력심장충격기, 반자동 ○ 출력: 성인 150J / 소아 50J ○ 사용온도 범위(℃): 0~40℃ (보관온도 -20℃~60℃) ○ 사용습도: 10%~95% ○ 크기(mm): 220mm × 282mm × 70mm(W×L×H)(허용오차범위 ±5%) ○ 무게(kg): 2.1kg(배터리 포함)(허용오차 범위 ±10%) ○ 패치 규격 <ul style="list-style-type: none"> - 성인·소아·영아 모두 1장의 패치로 사용이 가능할 것. - 납품기기(본체)와 동일한 제조사의 순정(제품)일 것. ○ AED 사용 시 성인 및 소아 모드, 자동분석, 전기충격이 가능할 것. ○ 화면표시방식: LED ○ 기본 한국어(다국어 6개) 안내 및 순차적 LED 점등 ○ 데이터 저장 및 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 심전도(ECG): 6초 단위 1,000건 저장 - 음성 및 주위환경 녹음(최대 15분간 4건/60분) - 내장메모리 / 블루투스 방식 ○ 제세동방식: Biphasic ○ 자가진단기능 포함 		
세 부 내 역	<p>[1세트 기준]</p> <p>본체(배터리 포함) 1세트 / 순정 패치(성인·소아·영아겸용) 6점 / 전용가방 1점 / 보관함(스탠드형) / 한글 사용설명서 1부</p>		
납 품 조 건	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식약처 의료기기 수입(제조) 허가 제품일 것. ○ 전 수량 동일 제품으로 수요부서 지정장소로 납품할 것. ○ 수요부서의 요청이 있을 경우, 납품검사 완료 후 계약상대자의 부담으로 배치 장소로 직접 배송하고 인수인계 증빙자료를 제출할 것. ○ 납품 시 사용법 동영상을 USB에 제공하고, 배치 후 1개월 이내 사용자 교육 실시 (추가 교육 요청 시 무상 재교육)할 것. ○ 성능은 납품검사 시 시연 등을 통해 직접 확인이 가능할 것. ○ 프로그램 및 기능의 업그레이드 사항 발생 시 무상으로 실시할 것. 		